

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۰۷

Magnesium : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP425


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۸۶۹	۰,۰۷۶	۳,۸۴۶	۳,۹۲۲	۳,۹۹۸	۴,۰۷۴	۴,۱۵	۴,۲۲۶	۴,۳۰۲

مقدار	تاریخ
۳,۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۳,۹۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۴,۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۸
۴,۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۴,۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۱
۴,۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۲

مقدار	تاریخ
۴,۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۴,۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۴,۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۴,۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۷

CV%: 1.735	SD: 0.071	Mean: 4.082
------------	-----------	-------------



Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

Magnesium : عنوان آزمایش :
Olampus : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP N025

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰,۶۶	۰,۳	۳,۱	۳,۴	۳,۷	۴	۴,۳	۴,۶	۴,۹

مقدار	تاریخ
۳,۸۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۳,۹۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۳,۹۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۴,۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۳,۸۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۸
۴,۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۹

CV%: 4.777	SD: 0.191	Mean: 4.008
------------	-----------	-------------

