

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

Magnesium : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP N025


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۲۰۴	۰,۱۲۸	۳,۶۰۱	۳,۷۲۹	۳,۸۵۷	۳,۹۸۵	۴,۱۱۳	۴,۲۴۱	۴,۳۶۹

مقدار	تاریخ
۴,۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۴,۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۸
۴,۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۴,۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۴,۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۳,۹۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۳,۹۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۴,۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۴,۰۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۳,۹۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۳,۹۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۳,۹۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۳,۸۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۳,۸۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۶
۳,۹۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
۳,۸۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۳,۸۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۳,۹۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۳,۹۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 2.674	SD: 0.106	Mean: 3.978
------------	-----------	-------------



Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

Magnesium : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GN625

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۳۹۸	۰,۰۲۹	۱,۹۵۸	۱,۹۸۷	۲,۰۱۶	۲,۰۴۵	۲,۰۷۴	۲,۱۰۳	۲,۱۳۲

مقدار	تاریخ
۲,۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۲,۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۸
۲,۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۲,۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۲,۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۲,۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۲,۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۲,۰۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۲,۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۲,۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۲,۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۶
۲,۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
۲,۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۲,۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۲,۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۲,۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 1.452	SD: 0.03	Mean: 2.044
------------	----------	-------------

