

Maternal control I : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۸/۲۸

سری ساخت : ۷۷۸۰۲۲



PAPP-A : عنوان آزمایش :  
کوباس E411 : عنوان دستگاه :

مقدار	تاریخ
۵,۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۵,۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۴,۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۵,۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۵,۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۵,۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۴,۹	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۵,۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۴,۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۵,۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۵,۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۴,۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۵,۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۵,۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۵,۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۴,۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۴,۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۴,۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۵,۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۴,۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۵,۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۴,۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۵,۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۹

CV%: 5.317	SD: 0.272	Mean: 5.113
------------	-----------	-------------



Maternal control III : عنوان کنترل : PAPP-A : عنوان آزمایش :  
 شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ : سری ساخت : ۳۷۸۹۷۰ : کوباس E411 : عنوان دستگاه :

مقدار	تاریخ
۰,۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۰,۲۴۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۰,۲۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۰,۲۳۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۰,۲۵۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۰,۲۵۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۰,۲۴۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۰,۲۴۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۰,۲۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۰,۲۳۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۰,۲۳۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۰,۲۴۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۰,۲۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۰,۲۴۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۰,۲۴۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۰,۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۰,۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۰,۲۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۰,۲۴۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۰,۲۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۰,۲۵۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۰,۲۴۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۰,۲۴۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹

CV%: 4.463	SD: 0.011	Mean: 0.242
------------	-----------	-------------

