

Maternal control I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۸/۲۸

PAPP-A : عنوان آزمایش :
کوباس E411 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۷۷۸۰۲۲



%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۱۶۹	۰,۳۱۳	۴,۱۴۱	۴,۴۵۴	۴,۷۶۷	۵,۰۸	۵,۳۹۳	۵,۷۰۶	۶,۰۱۹

مقدار	تاریخ
۵,۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۳
۵,۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۴,۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۵,۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۵,۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۵,۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۴,۹	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۵,۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۵,۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۴,۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۴,۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۵,۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۵,۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۴,۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۵,۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۵,۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۴,۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۴,۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۵,۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۴,۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۵,۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۵,۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۴,۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 4.119	SD: 0.21	Mean: 5.087
------------	----------	-------------



Maternal control III : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۲/۰۹

PAPP-A : عنوان آزمایش :
کوباس E411 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۳۷۸۹۷۰

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۵۹۵	۰,۰۱۱	۰,۲۰۹	۰,۲۲	۰,۲۳۱	۰,۲۴۲	۰,۲۵۳	۰,۲۶۴	۰,۲۷۵

مقدار	تاریخ
۰,۲۵۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۳
۰,۲۴۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۰,۲۴۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۰,۲۳۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۰,۲۵۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۰,۲۵۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۰,۲۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۰,۲۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۰,۲۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۰,۲۵۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۰,۲۴۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۰,۲۳۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۰,۲۵۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۰,۲۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۰,۲۴۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۰,۲۴۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۰,۲۴۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۰,۲۴۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۰,۲۵۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۰,۲۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۰,۲۵۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۰,۲۵۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۰,۲۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 3.467	SD: 0.009	Mean: 0.246
------------	-----------	-------------

