

Maternal control I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۸/۲۸

سری ساخت : ۷۷۸۰۲۲


PAPP-A : عنوان آزمایش :
کوباس E411 : عنوان دستگاه :

مقدار	تاریخ
۵,۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۸
۵,۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۴
۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۵,۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۵,۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۵,۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۰
۵,۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۵,۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۶
۵,۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۵,۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۴,۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۵,۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۴,۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۵,۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۴,۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۷

CV%: 3.885	SD: 0.2	Mean: 5.138
------------	---------	-------------



Maternal control III : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۲/۰۹

سری ساخت : ۳۷۸۹۷۰

PAPP-A : عنوان آزمایش :
کوباس E411 : عنوان دستگاه :

مقدار	تاریخ
۰,۲۶۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۸
۰,۲۶۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۴
۰,۲۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۰,۲۴۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۰,۲۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۰,۲۵۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۰
۰,۲۴۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۰,۲۶۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۰,۲۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۶
۰,۲۵۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۰,۲۵۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۰,۲۴۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۰,۲۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۰,۲۵۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۰,۲۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۰,۲۵۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۷

CV%: 3.722	SD: 0.009	Mean: 0.249
------------	-----------	-------------

