

Internal Control

تاریخ :	جمعه ۲۹ آذر ۱۴۰۴	آزمایش ۱ :	Anti PR3 Ab
کیت :	EUROIMMUN	کنترل :	کنترل داخل کیت
شرکت سازنده :		شرکت سازنده :	
سری ساخت :	E250122AY	سری ساخت :	سری ساخت
تاریخ انقضاء :		تاریخ انقضاء :	تاریخ انقضاء
CV مجاز :	۱۱,۲	مرجع CV مجاز :	
حد بالا :	۱۴۰,۳۳۳	حد پایین :	۹۳,۶۶۷

توضیحات :

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۴۰۴/۱۱/۰۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۲۸,۰	OK	۱۰,۳۰
۱۴۰۴/۱۰/۲۵	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۳۰,۰	OK	۱۰,۲۳
۱۴۰۴/۱۰/۲۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۹۴,۰	OK	۱۰,۲۰
۱۴۰۴/۱۰/۲۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۳۰,۰	OK	۱۰,۱۶
۱۴۰۴/۱۰/۰۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۲۲,۰	OK	
۱۴۰۴/۱۰/۰۸	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۲۲,۰	OK	۱۰,۶
۱۴۰۴/۱۰/۰۸	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۲۵,۰	OK	۱۰,۲
۱۴۰۴/۱۰/۰۸	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۳۰,۰	OK	۹,۲۹

CV : NaN