

Internal Control

تاریخ :	جمعه ۲۹ آذر ۱۴۰۴	آزمایش ۱ :	Anti PR3 Ab
کیفیت :	EUROIMMUN	کنترل :	کنترل داخل کیفیت
شرکت سازنده :		شرکت سازنده :	شرکت سازنده
سری ساخت :	E250122AY	سری ساخت :	سری ساخت
تاریخ انقضاء :		تاریخ انقضاء :	تاریخ انقضاء
CV مجاز :	۱۱,۲	مرجع CV مجاز :	مرجع CV مجاز
حد بالا :	۱۴۰,۳۳۳	حد پایین :	۹۳,۶۶۷

توضیحات :

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۴۰۴/۱۲/۰۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۱۳,۰	OK	۱۲,۵
۱۴۰۴/۱۲/۰۴	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۰۰,۰	OK	۱۲,۲
۱۴۰۴/۱۱/۲۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۳۰,۰	OK	۱۱,۲۸
۱۴۰۴/۱۱/۲۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۲۳,۰	OK	۱۱,۲۵
۱۴۰۴/۱۱/۲۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۲۹,۰	OK	
۱۴۰۴/۱۱/۲۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۲۸,۰	OK	۱۱,۱۸
۱۴۰۴/۱۱/۱۸	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۱۹,۰	OK	۱۱,۱۴
۱۴۰۴/۱۱/۱۲	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۱۷,۰	OK	۱۱,۱۱
۱۴۰۴/۱۱/۱۲	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۱۹,۲	OK	۱۱,۷
۱۴۰۴/۱۱/۱۲	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۱۸,۸	OK	۱۱,۴
۱۴۰۴/۱۱/۰۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۱۸,۸	OK	۱۱,۴
۱۴۰۴/۱۱/۰۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۲۸,۰	OK	۱۰,۳۰
۱۴۰۴/۱۱/۰۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۲۸,۰	OK	۱۰,۳۰

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۴۰۴/۱۰/۲۵	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۳۰,۰	OK	۱۰,۲۳
۱۴۰۴/۱۰/۲۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۹۴,۰	OK	۱۰,۲۰
۱۴۰۴/۱۰/۲۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۳۰,۰	OK	۱۰,۱۶
۱۴۰۴/۱۰/۰۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۲۲,۰	OK	
۱۴۰۴/۱۰/۰۸	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۲۲,۰	OK	۱۰,۶
۱۴۰۴/۱۰/۰۸	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۲۵,۰	OK	۱۰,۲
۱۴۰۴/۱۰/۰۸	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۳۰,۰	OK	۹,۲۹

CV : 3.944