

Internal Control

تاریخ :	شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۵	آزمایش ۱ :	Anti PR3 Ab
کیت :	EUROIMMUN	کنترل :	کنترل داخل کیت
شرکت سازنده :		شرکت سازنده :	
سری ساخت :	E250122AY	سری ساخت :	شرکت سازنده
تاریخ انقضاء :		تاریخ انقضاء :	سری ساخت
CV مجاز :	۱۱,۲	مرجع CV مجاز :	تاریخ انقضاء
حد بالا :	۱۴۰,۳۳۳	حد پایین :	۹۳,۶۶۷

توضیحات :

تاریخ انجام	کاربر	خوانش کنترل	نتیجه	اقدامات اصلاحی
۱۴۰۵/۰۲/۰۱	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۲۱,۰	OK	
۱۴۰۵/۰۱/۲۶	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۴۰,۰	OK	
۱۴۰۵/۰۱/۲۲	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۳۸,۰	OK	
۱۴۰۵/۰۱/۱۹	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۳۱,۱	OK	۱,۱۸
۱۴۰۵/۰۱/۱۷	نرگس وادانی (۶۵۲)	۱۳۱,۰	OK	۱,۱۵