

عنوان کنترل : abbot-3
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۹/۲۷

عنوان آزمایش : PSA
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : ۳۲۳۱۱۲۳۰

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۸,۱۲	۱,۷۲۶	۱۶,۰۷۴	۱۷,۸	۱۹,۵۲۶	۲۱,۲۵۲	۲۲,۹۷۸	۲۴,۷۰۴	۲۶,۴۳

مقدار	تاریخ
۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۱۹,۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۸
۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۱
۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۱۹,۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۱۹,۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۲۰,۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۱۹,۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۱۹,۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۰

CV%: 8.038	SD: 1.694	Mean: 21.075
------------	-----------	--------------

