

عنوان کنترل : abbot-3
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۹/۲۷

عنوان آزمایش : PSA
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : ۳۲۳۱۱۲۳۰

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۰۷۵	۱,۴۷۴	۱۶,۴۰۸	۱۷,۸۸۲	۱۹,۳۵۶	۲۰,۸۳	۲۲,۳۰۴	۲۳,۷۷۸	۲۵,۲۵۲

مقدار	تاریخ
۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۱
۱۹,۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۲۱,۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۶

CV%: 3.627	SD: 0.751	Mean: 20.714
------------	-----------	--------------

