

عنوان کنترل : abbot-3
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۹/۲۷

عنوان آزمایش : PSA
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : ۳۲۳۱۱۲۳۰

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۸۵۹	۱,۰۰۵	۱۷,۶۷۸	۱۸,۶۸۳	۱۹,۶۸۸	۲۰,۶۹۳	۲۱,۶۹۸	۲۲,۷۰۳	۲۳,۷۰۸

مقدار	تاریخ
۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۲۲	۱۴۰۵/۰۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۲۱,۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۲۰,۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۲۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۱۹,۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۱۹,۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۹

CV%: 4.812	SD: 0.988	Mean: 20.523
------------	-----------	--------------

