

عنوان کنترل : پولد سرم  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۴/۲۹

عنوان آزمایش : Phenobarbital  
عنوان دستگاه : hplc  
سری ساخت : ----

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۳۸۵	۰,۶۰۴	۴۱,۸۰۹	۴۲,۴۱۳	۴۳,۰۱۷	۴۳,۶۲۱	۴۴,۲۲۵	۴۴,۸۲۹	۴۵,۴۳۳

مقدار	تاریخ
۴۳,۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۴۴,۳	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۴۳,۷۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۴۳,۷۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۴۴,۳۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۴

مقدار	تاریخ
۴۳,۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۴۳,۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۴۳,۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۹

CV%: 1.019	SD: 0.446	Mean: 43.728
------------	-----------	--------------

