

عنوان کنترل : پولد سرم  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۴/۲۹

Phenobarbital : عنوان آزمایش  
hplc : عنوان دستگاه  
سری ساخت : ----

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۳۸۵	۰,۶۰۴	۴۱,۸۰۹	۴۲,۴۱۳	۴۳,۰۱۷	۴۳,۶۲۱	۴۴,۲۲۵	۴۴,۸۲۹	۴۵,۴۳۳

مقدار	تاریخ
۴۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۰

مقدار	تاریخ
۴۴,۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۴۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۴۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۹

مقدار	تاریخ
۴۳,۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۴۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۴۳,۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۷

CV%: 1.105	SD: 0.482	Mean: 43.629
------------	-----------	--------------

