

عنوان کنترل : پولد سرم  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۴/۲۹

Phenobarbital : عنوان آزمایش  
hplc : عنوان دستگاه  
سری ساخت : ----

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۰,۹۷۶	۰,۴۲۶	۴۲,۳۸۱	۴۲,۸۰۷	۴۳,۲۳۳	۴۳,۶۵۹	۴۴,۰۸۵	۴۴,۵۱۱	۴۴,۹۳۷

مقدار	تاریخ
۴۳,۲۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۴۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۴۳,۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۴۴,۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

CV%: 0.892	SD: 0.39	Mean: 43.738
------------	----------	--------------

