

عنوان کنترل : بولد سرم
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۴/۲۹

Phenytoin : عنوان آزمایش
hplc : عنوان دستگاه
سری ساخت : ----

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۱۰۹	۰,۰۷۵	۶,۵۰۸	۶,۵۸۳	۶,۶۵۸	۶,۷۳۳	۶,۸۰۸	۶,۸۸۳	۶,۹۵۸

مقدار	تاریخ
۶,۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۶,۶۶	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۶,۶۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۶,۸۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۶,۶۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۴

مقدار	تاریخ
۶,۷۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۶,۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۶,۷۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹

CV%: 0.937	SD: 0.063	Mean: 6.742
------------	-----------	-------------

