

عنوان کنترل : بولد سرم  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۴/۲۹

Phenytoin : عنوان آزمایش  
hplc : عنوان دستگاه  
سری ساخت : ----

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۱۰۹	۰,۰۷۵	۶,۵۰۸	۶,۵۸۳	۶,۶۵۸	۶,۷۳۳	۶,۸۰۸	۶,۸۸۳	۶,۹۵۸

مقدار	تاریخ
۶,۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۰

مقدار	تاریخ
۶,۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۶,۶۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۶,۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۹

مقدار	تاریخ
۶,۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۶,۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۶,۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۷

CV%: 0.814	SD: 0.055	Mean: 6.741
------------	-----------	-------------

