

عنوان کنترل : بولد سرم
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۴/۲۹

Phenytoin : عنوان آزمایش
hplc : عنوان دستگاه
سری ساخت : ----

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰,۸۳۳	۰,۰۵۶	۶,۵۶۴	۶,۶۲	۶,۶۷۶	۶,۷۳۲	۶,۷۸۸	۶,۸۴۴	۶,۹

مقدار	تاریخ
۶,۶۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۱

مقدار	تاریخ
۶,۶۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۶,۷۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۶,۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۶,۷۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۶

CV%: 0.944	SD: 0.063	Mean: 6.718
------------	-----------	-------------

