

عنوان کنترل : بولد سرم  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۴/۲۹

Phenytoin : عنوان آزمایش  
hplc : عنوان دستگاه  
سری ساخت : ----

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۰,۸۰۹	۰,۰۵۴	۶,۵۷۱	۶,۶۲۵	۶,۶۷۹	۶,۷۳۳	۶,۷۸۷	۶,۸۴۱	۶,۸۹۵

مقدار	تاریخ
۶,۶۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۶,۷۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۶,۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۶,۷۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

CV%: 0.693	SD: 0.047	Mean: 6.715
------------	-----------	-------------

