

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۰۷

Phosphorus : عنوان آزمایش :
Olampus : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP425


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۲۷۶	۰,۰۸۹	۶,۶۸۱	۶,۷۷	۶,۸۵۹	۶,۹۴۸	۷,۰۳۷	۷,۱۲۶	۷,۲۱۵

مقدار	تاریخ
۶,۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۶,۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۸
۷,۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۱
۶,۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۲

مقدار	تاریخ
۶,۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۶,۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۶,۹۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۶,۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷

CV%: 1.17	SD: 0.081	Mean: 6.961
-----------	-----------	-------------



Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

Phosphorus : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP N025

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۵۱	۰,۳۶۷	۵,۵۹۹	۵,۹۶۶	۶,۳۳۳	۶,۷	۷,۰۶۷	۷,۴۳۴	۷,۸۰۱

مقدار	تاریخ
۶,۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۶,۷۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۶,۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۶,۷۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۶,۷۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۸
۶,۶۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۹

CV%: 1.083	SD: 0.073	Mean: 6.718
------------	-----------	-------------

