

Control Hight : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

Phosphorus : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GP N025


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۱۰۶	۰,۰۷۴	۶,۴۵۵	۶,۵۲۹	۶,۶۰۳	۶,۶۷۷	۶,۷۵۱	۶,۸۲۵	۶,۸۹۹

مقدار	تاریخ
۶,۵۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۶,۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۸
۶,۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۶,۵۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۶,۵۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۶,۷۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۶,۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۶,۷۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۶,۶۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۶,۷۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۶,۷۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۶,۶۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۶,۶۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۶,۶۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۶
۶,۶۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
۶,۶۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۶,۶۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۶,۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۶,۶۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 1.067	SD: 0.071	Mean: 6.664
------------	-----------	-------------



Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

Phosphorus : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GN625

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰,۸۱۲	۰,۰۳۳	۴,۰۱۵	۴,۰۴۸	۴,۰۸۱	۴,۱۱۴	۴,۱۴۷	۴,۱۸	۴,۲۱۳

مقدار	تاریخ
۴,۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۴,۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۸
۴,۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۴,۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۴,۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۴,۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۴,۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۴,۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۴,۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۴,۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۴,۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۴,۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۴,۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۴,۱۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۶
۴,۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
۴,۱۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۴,۱۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۴,۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۴,۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 0.808	SD: 0.033	Mean: 4.112
------------	-----------	-------------

