

RTI TEB I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۸/۲۶

Potassium : عنوان آزمایش :
مدیکا : عنوان دستگاه :
سری ساخت : RTC09340


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۱۶	۰,۰۸۶	۳,۷۱۶	۳,۸۰۲	۳,۸۸۸	۳,۹۷۴	۴,۰۶	۴,۱۴۶	۴,۲۳۲

مقدار	تاریخ
۳,۸۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۴,۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۳,۹۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۸

مقدار	تاریخ
۳,۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۴,۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۳,۸۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۳,۸۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۴,۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۴

مقدار	تاریخ
۳,۹۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۴,۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۳,۸۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۴,۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۴,۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۵
۴,۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۶

CV%: 2	SD: 0.079	Mean: 3.968
--------	-----------	-------------



RTI TEB III : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۲۰

Potassium : عنوان آزمایش :
مدیکا : عنوان دستگاه :
سری ساخت : RTC08392

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰	۰,۳۳۳	۵,۴۰۱	۵,۷۳۴	۶,۰۶۷	۶,۴	۶,۷۳۳	۷,۰۶۶	۷,۳۹۹

مقدار	تاریخ
۶,۴۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۹

مقدار	تاریخ
۶,۶۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۶,۵۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۶
۶,۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۸

مقدار	تاریخ
۶,۳۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۶,۴۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۶,۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۴

CV%: 2.473	SD: 0.159	Mean: 6.436
------------	-----------	-------------

