

RTI TEB III : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۰/۲۰

Potassium : عنوان آزمایش :
مدیکا : عنوان دستگاه :
سری ساخت : RTC08392


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۷۷۹	۰,۱۱۴	۶,۰۹۲	۶,۲۰۶	۶,۳۲	۶,۴۳۴	۶,۵۴۸	۶,۶۶۲	۶,۷۷۶

مقدار	تاریخ
۶,۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۶,۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۶,۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۶,۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۶,۶۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۵

مقدار	تاریخ
۶,۴۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۶,۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۶,۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۶,۵۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۱
۶,۳۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۶,۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۳

مقدار	تاریخ
۶,۵۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۶,۴۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۶,۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۳
۶,۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۶,۴۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۶,۴۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۶

CV%: 1.502	SD: 0.097	Mean: 6.434
------------	-----------	-------------



عنوان کنترل : کنترل ۲
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۰/۲۰

عنوان آزمایش : Potassium
عنوان دستگاه : مدیکا ۲
سری ساخت : RTC08392

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۲۳۱	۰,۱۴۵	۶,۰۶۳	۶,۲۰۸	۶,۳۵۳	۶,۴۹۸	۶,۶۴۳	۶,۷۸۸	۶,۹۳۳

مقدار	تاریخ
۶,۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۶,۴۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۶,۶۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۶,۶۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۶,۴۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۶,۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۶,۵۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۶,۵۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۱
۶,۵۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۲

مقدار	تاریخ
۶,۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۶,۴۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۶,۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۶,۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۶,۴۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۶

CV%: 1.912	SD: 0.123	Mean: 6.453
------------	-----------	-------------

