

ISE Control : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۱/۱۹

Potassium : عنوان آزمایش :
Caretium : عنوان دستگاه :
سری ساخت : C102507

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۴۵۲	۰,۱۰۴	۳,۹۳۴	۴,۰۳۸	۴,۱۴۲	۴,۲۴۶	۴,۳۵	۴,۴۵۴	۴,۵۵۸

مقدار	تاریخ
۴,۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۴,۴۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۴
۴,۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۴,۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۴,۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۸
۴,۳۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۴,۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۱
۴,۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۴,۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۶
۴,۳۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۸
۴,۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۹

مقدار	تاریخ
۴,۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۱
۴,۳۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۴,۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۴,۳۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۴,۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۴,۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۴,۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۷

CV%: 1.611	SD: 0.069	Mean: 4.311
------------	-----------	-------------

