

ISE Control : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۱/۱۹

Potassium : عنوان آزمایش :
Caretium : عنوان دستگاه :
سری ساخت : C102507

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۸۶۸	۰,۰۸۱	۴,۱۰۴	۴,۱۸۵	۴,۲۶۶	۴,۳۴۷	۴,۴۲۸	۴,۵۰۹	۴,۵۹

مقدار	تاریخ
۴,۴۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۴,۳۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۸
۴,۳۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۴,۳۲	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۴,۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۴,۴۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۴,۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۴,۴۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۴,۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۴,۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۴,۴۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۴,۳۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۴,۴۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۴,۴۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۶
۴,۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
۴,۳۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۴,۲۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۴,۴۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۴,۴۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 1.757	SD: 0.077	Mean: 4.362
------------	-----------	-------------

