

عنوان کنترل : بولد سرم
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۴/۲۹

عنوان آزمایش : Primidone
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ----

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۳۸۷	۰,۱۹۲	۷,۴۷	۷,۶۶۲	۷,۸۵۴	۸,۰۴۶	۸,۲۳۸	۸,۴۳	۸,۶۲۲

مقدار	تاریخ
۸,۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۷,۹۹	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۷,۸۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۸,۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۷,۸۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۴

مقدار	تاریخ
۸,۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۷,۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۸,۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۹

CV%: 1.837	SD: 0.148	Mean: 8.047
------------	-----------	-------------

