

عنوان کنترل : بولد سرم  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۴/۲۹

عنوان آزمایش : Primidone  
عنوان دستگاه : hplc  
سری ساخت : ----

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۳۸۷	۰,۱۹۲	۷,۴۷	۷,۶۶۲	۷,۸۵۴	۸,۰۴۶	۸,۲۳۸	۸,۴۳	۸,۶۲۲

مقدار	تاریخ
۸,۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۰

مقدار	تاریخ
۸,۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۷,۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۹

مقدار	تاریخ
۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۸,۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۷,۸۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۷

CV%: 1.966	SD: 0.158	Mean: 8.021
------------	-----------	-------------

