

عنوان کنترل : بولد سرم  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۴/۲۹

عنوان آزمایش : Primidone  
عنوان دستگاه : hplc  
سری ساخت : ----

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۶۵۲	۰,۱۳۳	۷,۶۴۷	۷,۷۸	۷,۹۱۳	۸,۰۴۶	۸,۱۷۹	۸,۳۱۲	۸,۴۴۵

مقدار	تاریخ
۷,۹۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۱

مقدار	تاریخ
۷,۹۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۸,۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۸,۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۶

CV%: 1.096	SD: 0.088	Mean: 8.01
------------	-----------	------------

