

عنوان کنترل : بولد سرم
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۴/۲۹

عنوان آزمایش : Primidone
عنوان دستگاه : hplc
سری ساخت : ----

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۴۸۳	۰,۱۱۹	۷,۶۸۳	۷,۸۰۲	۷,۹۲۱	۸,۰۴	۸,۱۵۹	۸,۲۷۸	۸,۳۹۷

مقدار	تاریخ
۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۸,۱۲	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۸,۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

CV%: 0.795	SD: 0.064	Mean: 8.055
------------	-----------	-------------

