

ABBOTT-3 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۹/۲۷

سری ساخت: ۳۲۳۱۱۲۳۰

Progesterone : عنوان آزمایش :
ABBOTT : عنوان دستگاه :


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۶۳۳	۰,۸۹۲	۲۱,۸۶۱	۲۲,۷۵۳	۲۳,۶۴۵	۲۴,۵۳۷	۲۵,۴۲۹	۲۶,۳۲۱	۲۷,۲۱۳

مقدار	تاریخ
۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۲۵,۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۲۳,۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۱
۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۲۳,۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۴

مقدار	تاریخ
۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۷

CV%: 3.732	SD: 0.907	Mean: 24.3
------------	-----------	------------



عنوان کنترل : Universal I
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۱/۲۳

عنوان آزمایش : Progesterone
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۲	۰,۵۴۷	۶,۱۴۹	۶,۶۹۶	۷,۲۴۳	۷,۷۹	۸,۳۳۷	۸,۸۸۴	۹,۴۳۱

مقدار	تاریخ
۷,۸	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۸,۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۸,۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۷,۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۳
۷,۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۸,۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۶

CV%: 5.937	SD: 0.469	Mean: 7.9
------------	-----------	-----------

