

عنوان کنترل : Universal I
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۱/۲۳

عنوان آزمایش : Progesterone
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۹۳۷	۰,۴۶۹	۶,۴۹۳	۶,۹۶۲	۷,۴۳۱	۷,۹	۸,۳۶۹	۸,۸۳۸	۹,۳۰۷

مقدار	تاریخ
۷,۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۱
۷,۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۸,۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۷,۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۸,۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۷,۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۸,۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۷,۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۸,۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۸,۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۷,۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۶

CV%: 4.421	SD: 0.354	Mean: 8.007
------------	-----------	-------------

