

عنوان کنترل : abbot-3
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۹/۲۷

عنوان آزمایش : Prolactin
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : ۳۲۳۱۱۲۳۰


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۶,۵۵۲	۵,۵۵۷	۱۶,۹	۲۲,۴۵۷	۲۸,۰۱۴	۳۳,۵۷۱	۳۹,۱۲۸	۴۴,۶۸۵	۵۰,۲۴۲

مقدار	تاریخ
۳۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۳۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۴

مقدار	تاریخ
۴۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۹

مقدار	تاریخ
۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۳۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۳۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۳۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۴

CV%: 16.952	SD: 5.456	Mean: 32.182
-------------	-----------	--------------



Universal I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

Prolactin : عنوان آزمایش :
Cobas E411 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۴	۰,۷۹۲	۸,۸۴۹	۹,۶۴۱	۱۰,۴۳۳	۱۱,۲۲۵	۱۲,۰۱۷	۱۲,۸۰۹	۱۳,۶۰۱

مقدار	تاریخ
۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۱۰,۵	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۰,۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۱
۱۰,۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۱۰,۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۵

مقدار	تاریخ
۱۱,۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۱۱,۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۸
۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۰

CV%: 4.549	SD: 0.505	Mean: 11.1
------------	-----------	------------

