

Universal I : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

Prolactin : عنوان آزمایش :
Cobas E411 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۱۰۵	۰,۵۵۲	۹,۱۶۴	۹,۷۱۶	۱۰,۲۶۸	۱۰,۸۲	۱۱,۳۷۲	۱۱,۹۲۴	۱۲,۴۷۶

مقدار	تاریخ
۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۱۰,۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۱
۱۱,۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۰,۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۱۱,۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۱۰,۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۶

CV%: 4.541	SD: 0.483	Mean: 10.629
------------	-----------	--------------



عنوان کنترل : Universal II
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

عنوان آزمایش : Prolactin
عنوان دستگاه : Cobas E411
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۶۴۴	۲,۲۰۹	۳۲,۵۰۶	۳۴,۷۱۵	۳۶,۹۲۴	۳۹,۱۳۳	۴۱,۳۴۲	۴۳,۵۵۱	۴۵,۷۶

مقدار	تاریخ
۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹
۴۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۱
۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۴۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۷

مقدار	تاریخ
۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۴۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۶

CV%: 5.558	SD: 2.128	Mean: 38.286
------------	-----------	--------------

