

عنوان آزمایش : (Rubella Ab (IgG
عنوان دستگاه : الیزابدر
سری ساخت : ۰۳۰۰۱
عنوان کنترل : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۹/۰۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۳۵	۱,۳۲۳	۲۶,۴۵۶	۲۷,۷۷۹	۲۹,۱۰۲	۳۰,۴۲۵	۳۱,۷۴۸	۳۳,۰۷۱	۳۴,۳۹۴

مقدار	تاریخ
۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۲۸,۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۲۹,۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۳۲,۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۲۹,۵	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۰,۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۲۹,۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۲۹,۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۳۱,۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۸
۲۹,۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۲۹,۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۱
۲۸,۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۲

مقدار	تاریخ
۲۸,۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۲۸,۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۲۸,۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۲۹,۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۲۸,۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۲۹,۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۳۰,۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۰

CV%: 4.083	SD: 1.196	Mean: 29.3
------------	-----------	------------

