

عنوان آزمایش : (Rubella Ab (IgG  
عنوان دستگاه : الیزابدر  
عنوان کنترل : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۹/۰۱  
سری ساخت : ۰۳۰۰۱


%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۴,۴۷۷	۱,۳۲۸	۲۵,۶۷۶	۲۷,۰۰۴	۲۸,۳۳۲	۲۹,۶۶	۳۰,۹۸۸	۳۲,۳۱۶	۳۳,۶۴۴

مقدار	تاریخ
۳۰,۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۲۹,۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۲۸,۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۰

مقدار	تاریخ
۳۰,۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۲۹,۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۱
۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۲۹,۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۳۱,۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۴

مقدار	تاریخ
۳۱,۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۳۰,۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۳۲,۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۲۹,۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۲۷,۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۲۸,۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷

CV%: 4.533	SD: 1.359	Mean: 29.981
------------	-----------	--------------



عنوان کنترل : کنترل داخل کیت  
شروع کنترل :  
۱۴۰۲/۱۱/۰۱:

سری ساخت : ۷۰۴۸۰۶۰

عنوان آزمایش : (Rubella Ab (IgG  
عنوان دستگاه : لیازون

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۳,۷۲	۰,۹۶۳	۲۲,۹۹۴	۲۳,۹۵۷	۲۴,۹۲	۲۵,۸۸۳	۲۶,۸۴۶	۲۷,۸۰۹	۲۸,۷۷۲

مقدار	تاریخ
۲۶,۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۲۵,۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۲۴,۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۳
۲۵,۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۵

CV%: 3.291	SD: 0.853	Mean: 25.925
------------	-----------	--------------

