

عنوان آزمایش : (Rubella Ab (IgG
عنوان دستگاه : ليازون
سری ساخت : ۷۰۴۸۰۶۰
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
کنترل داخل کیت :

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۳۱۹	۰,۸۵۶	۲۳,۲۱۵	۲۴,۰۷۱	۲۴,۹۲۷	۲۵,۷۸۳	۲۶,۶۳۹	۲۷,۴۹۵	۲۸,۳۵۱

مقدار	تاریخ
۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۶
۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۷
۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۸

مقدار	تاریخ
۲۶,۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۲۷,۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۱
۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۳
۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۴

مقدار	تاریخ
۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۲۶,۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۲۶,۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۲۵,۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۶

CV%: 2.989	SD: 0.778	Mean: 26.038
------------	-----------	--------------

