

عنوان آزمایش : (Rubella Ab (IgG
عنوان دستگاه : لیازون
عنوان کنترل : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
سری ساخت : ۷۰۴۸۰۶۰

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۱۸۹	۰,۸۲۲	۲۳,۲۹۴	۲۴,۱۱۶	۲۴,۹۳۸	۲۵,۷۶	۲۶,۵۸۲	۲۷,۴۰۴	۲۸,۲۲۶

مقدار	تاریخ
۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۶
۲۶,۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۲۵,۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۲۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۷
۲۶,۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۲۴,۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۲۵,۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۲۵,۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۲۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۲۴,۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۸
۲۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۹
۲۵,۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
۲۶,۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۲۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۶

CV%: 3.297	SD: 0.846	Mean: 25.653
------------	-----------	--------------

