

diasorin : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۸/۱۸

(Rubella Ab (IgM : عنوان آزمایش :  
لیازون : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۰۵۸۰۵۶

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۶,۲۷۴	۶,۱۷	۷۹,۸۳۳	۸۶,۰۰۳	۹۲,۱۷۳	۹۸,۳۴۳	۱۰۴,۵۱۳	۱۱۰,۶۸۳	۱۱۶,۸۵۳

مقدار	تاریخ
۱۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۱۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۱۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۱۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۹۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۱۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۹۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۱۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۱۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۱۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۸
۹۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۱۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۹۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۱۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۱۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۱۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۱۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۱۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۹

CV%: 4.903	SD: 5.019	Mean: 102.35
------------	-----------	--------------

