

diasorin : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۸/۱۸

سری ساخت : ۰۵۸۰۵۶

عنوان آزمایش : (Rubella Ab (IgM
عنوان دستگاه : لیازون

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۷۰۹	۵,۷۴۸	۸۳,۴۵۶	۸۹,۲۰۴	۹۴,۹۵۲	۱۰۰,۷	۱۰۶,۴۴۸	۱۱۲,۱۹۶	۱۱۷,۹۴۴

مقدار	تاریخ
۹۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۱۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۱۰۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۱۰۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۱۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۹۴,۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۹۶,۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۱۰۳,۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۹۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۹۴,۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۹۳,۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۵

مقدار	تاریخ
۱۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۱۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۱۰۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۱۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۱
۹۳,۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۱۰۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۴

CV%: 5.916	SD: 5.954	Mean: 100.641
------------	-----------	---------------

