

diasorin : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۸/۱۸

(Rubella Ab (IgM : عنوان آزمایش :
لیازون : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۰۵۸۰۵۶

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۳۴۳	۵,۴۰۱	۸۴,۸۹۴	۹۰,۲۹۵	۹۵,۶۹۶	۱۰۱,۰۹۷	۱۰۶,۴۹۸	۱۱۱,۸۹۹	۱۱۷,۳

مقدار	تاریخ
۱۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۶
۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۷
۱۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۸

مقدار	تاریخ
۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۷
۱۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۱
۹۵,۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۲
۹۶,۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۳
۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۴

مقدار	تاریخ
۱۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۱۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۱۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۱۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۶

CV%: 4.814	SD: 4.897	Mean: 101.731
------------	-----------	---------------

