

عنوان کنترل : diasorin
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۸/۱۸

عنوان آزمایش : (Rubella Ab (IgM
عنوان دستگاه : لیازون
سری ساخت : ۰۵۸۰۵۶

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۳۹۷	۵,۴۵۷	۸۴,۷۴۲	۹۰,۱۹۹	۹۵,۶۵۶	۱۰۱,۱۱۳	۱۰۶,۵۷	۱۱۲,۰۲۷	۱۱۷,۴۸۴

مقدار	تاریخ
۹۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۹۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۱۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۸
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۹
۹۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 3.642	SD: 3.785	Mean: 103.938
------------	-----------	---------------

