

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۱۷

(SGOT (AST : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GN 325

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۶۴۸	۱,۲۱۴	۴۲,۲۰۴	۴۳,۴۱۸	۴۴,۶۳۲	۴۵,۸۴۶	۴۷,۰۶	۴۸,۲۷۴	۴۹,۴۸۸

مقدار	تاریخ
۴۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴
۴۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۴۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۴۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۴۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۴۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۴۵	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۴۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۴۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۴۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۴۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۴۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۷
۴۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۴۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۴۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۴۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۴۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۴۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۴۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۴۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۳
۴۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۴۵,۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۴۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۴۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۴۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۴۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۴۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۱

CV%: 1.971	SD: 0.901	Mean: 45.73
------------	-----------	-------------

