

Control Hight : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۰۷

(SGOT (AST : عنوان آزمایش :  
Olampius : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : GP425


%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۹۲۷	۳,۱۱۴	۹۷,۰۵۸	۱۰۰,۱۷۲	۱۰۳,۲۸۶	۱۰۶,۴	۱۰۹,۵۱۴	۱۱۲,۶۲۸	۱۱۵,۷۴۲

مقدار	تاریخ
۱۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۱۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۶

مقدار	تاریخ
۱۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۸
۱۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۱۰۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۱
۱۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۲

مقدار	تاریخ
۱۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۱۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۱۰۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۱۰۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۷

CV%: 1.869	SD: 2	Mean: 107
------------	-------	-----------



Control Hight : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۲/۱۶

عنوان آزمایش : (SGOT (AST  
عنوان دستگاه : Olampius  
سری ساخت : GP N025

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۱۷	۶,۳۳۳	۱۰۰,۰۰۱	۱۰۶,۳۳۴	۱۱۲,۶۶۷	۱۱۹	۱۲۵,۳۳۳	۱۳۱,۶۶۶	۱۳۷,۹۹۹

مقدار	تاریخ
۱۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۱۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۱۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۱۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۸
۱۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۹

CV%: 4.472	SD: 5.269	Mean: 117.833
------------	-----------	---------------

