

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۷/۲۷

عنوان آزمایش : (SGPT (ALT
عنوان دستگاه : Olampius
سری ساخت : GN225


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۰۴۵	۱,۸۵۱	۴۰,۲۱۴	۴۲,۰۶۵	۴۳,۹۱۶	۴۵,۷۶۷	۴۷,۶۱۸	۴۹,۴۶۹	۵۱,۳۲

مقدار	تاریخ
۴۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۴۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۴
۴۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۴۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۶

مقدار	تاریخ
۴۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۴۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۴۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۴۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۴۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۰

مقدار	تاریخ
۴۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۴۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۴۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۴۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۴۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۵

CV%: 3.658	SD: 1.685	Mean: 46.071
------------	-----------	--------------



Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۱۷

(SGPT (ALT : عنوان آزمایش :
Olympus : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GN 325

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰	۲,۶۶۷	۳۶,۹۹۹	۳۹,۶۶۶	۴۲,۳۳۳	۴۵	۴۷,۶۶۷	۵۰,۳۳۴	۵۳,۰۰۱

مقدار	تاریخ
۴۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۴۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۹
۴۵	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۴۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۴۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۴۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۴
۴۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۴۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۶

مقدار	تاریخ
۴۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۴۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۸
۴۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۹
۴۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۴۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۱

CV%: 3.179	SD: 1.423	Mean: 44.769
------------	-----------	--------------

