

Control Normal : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۱۷

(SGPT (ALT : عنوان آزمایش :
Olampius : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GN 325

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۱۷۹	۱,۴۲۳	۴۰,۵	۴۱,۹۲۳	۴۳,۳۴۶	۴۴,۷۶۹	۴۶,۱۹۲	۴۷,۶۱۵	۴۹,۰۳۸

مقدار	تاریخ
۴۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۳
۴۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴
۴۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۵
۴۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۶
۴۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۷
۴۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۴۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۴۳	۱۴۰۴/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۴۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۱
۴۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۴۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۴۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۴۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۴۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۷
۴۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۸
۴۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۰
۴۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۴۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۴۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۴۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۳
۴۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۴۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۴۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۶
۴۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۴۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۴۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۹

CV%: 2.894	SD: 1.297	Mean: 44.808
------------	-----------	--------------

