

عنوان کنترل : کنترل مثبت  
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۰۹/۲۹

عنوان آزمایش : Anti SSA (Ro) Ab  
عنوان دستگاه : الایزا ریدر  
سری ساخت : ۲۴۰۷۱۹۹

%CV	SD	SD <sup>۳-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۶,۲	۲,۷۷۸	۷۹,۱۶۶	۸۱,۹۴۴	۸۴,۷۲۲	۸۷,۵	۹۰,۲۷۸	۹۳,۰۵۶	۹۵,۸۳۴

مقدار	تاریخ
۹۰,۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۸۵,۲	۱۴۰۴/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۸۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۶
۹۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۸۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۸۸,۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۱

مقدار	تاریخ
۸۸,۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹
۸۹,۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۸۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۸۸,۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۴

CV%: 2.845	SD: 2.509	Mean: 88.18
------------	-----------	-------------

