

عنوان کنترل : RTI TEB I
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۰۸/۲۶

عنوان آزمایش : Sodium
عنوان دستگاه : مدیکا
سری ساخت : RTC09340


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰,۸۹	۱,۲۵۴	۱۳۷,۱۳۸	۱۳۸,۳۹۲	۱۳۹,۶۴۶	۱۴۰,۹	۱۴۲,۱۵۴	۱۴۳,۴۰۸	۱۴۴,۶۶۲

مقدار	تاریخ
۱۴۰,۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۱۴۰,۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۱۴۰,۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۱۴۲,۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۸

مقدار	تاریخ
۱۴۰,۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۱۴۲,۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۱۳۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹
۱۴۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۱۴۱,۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۱
۱۴۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۴

مقدار	تاریخ
۱۴۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۱
۱۴۰,۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۲
۱۴۱,۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۳
۱۴۳,۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۱۴۰,۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۵
۱۴۲,۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۶

CV%: 0.831	SD: 1.175	Mean: 141.369
------------	-----------	---------------



RTI TEB III : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۰/۲۰

Sodium : عنوان آزمایش :
مدیکا : عنوان دستگاه :
سری ساخت : RTC08392

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰	۳,۳۳۳	۱۴۴,۰۰۱	۱۴۷,۳۳۴	۱۵۰,۶۶۷	۱۵۴	۱۵۷,۳۳۳	۱۶۰,۶۶۶	۱۶۳,۹۹۹

مقدار	تاریخ
۱۵۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۵۳,۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۵
۱۵۷,۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۶
۱۵۲,۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۸

مقدار	تاریخ
۱۵۵,۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۱۵۵,۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۳
۱۵۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۴

CV%: 1.098	SD: 1.703	Mean: 155.143
------------	-----------	---------------

