

RTI TEB III : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۰/۲۰

Sodium : عنوان آزمایش :
مدیکا : عنوان دستگاه :
سری ساخت : RTC08392


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۰۹۵	۱,۷۰۸	۱۵۰,۸۸	۱۵۲,۵۸۸	۱۵۴,۲۹۶	۱۵۶,۰۰۴	۱۵۷,۷۱۲	۱۵۹,۴۲	۱۶۱,۱۲۸

مقدار	تاریخ
۱۵۷,۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۱۵۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۱۵۶,۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۵۴,۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱
۱۵۸,۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۵

مقدار	تاریخ
۱۵۶,۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۱۵۴,۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۱۵۴,۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۱۵۴,۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۱
۱۵۵,۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۲
۱۵۵,۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۳

مقدار	تاریخ
۱۵۸,۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۱۵۶,۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۱۵۵,۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۳
۱۵۵,۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۱۵۸,۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۱۵۶,۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۶

CV%: 1.04	SD: 1.627	Mean: 156.359
-----------	-----------	---------------



عنوان کنترل : کنترل ۲
شروع کنترل : ۱۴۰۴/۱۰/۲۰

عنوان آزمایش : Sodium
عنوان دستگاه : مدیکا ۲
سری ساخت : RTC08392

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۵۰۲	۲,۳۴۷	۱۴۹,۲۰۹	۱۵۱,۵۵۶	۱۵۳,۹۰۳	۱۵۶,۲۵	۱۵۸,۵۹۷	۱۶۰,۹۴۴	۱۶۳,۲۹۱

مقدار	تاریخ
۱۵۵,۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۳
۱۵۶,۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۴
۱۵۳,۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۶
۱۶۰,۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۵۵,۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۷
۱۵۲,۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۸
۱۵۸,۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۹
۱۵۷,۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۱
۱۵۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۲

مقدار	تاریخ
۱۵۷,۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۱
۱۵۵,۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲
۱۵۳,۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
۱۵۴,۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۵
۱۵۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۶

CV%: 1.239	SD: 1.931	Mean: 155.9
------------	-----------	-------------

