

ISE Control : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۱/۱۹

Sodium : عنوان آزمایش :
C102507 : سری ساخت : Caretium : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰,۹۳۷	۱,۳۰۸	۱۳۵,۶۷۶	۱۳۶,۹۸۴	۱۳۸,۲۹۲	۱۳۹,۶	۱۴۰,۹۰۸	۱۴۲,۲۱۶	۱۴۳,۵۲۴

مقدار	تاریخ
۱۴۰,۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۳
۱۳۸,۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۴
۱۳۸,۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۶
۱۴۰,۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۷

مقدار	تاریخ
۱۳۹,۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۸
۱۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۹
۱۴۰,۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۱
۱۳۸,۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۴
۱۳۹,۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۶
۱۳۸,۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۸
۱۳۸,۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۹

مقدار	تاریخ
۱۴۰,۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۱
۱۳۸,۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۲
۱۳۷,۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۳
۱۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۴
۱۳۷,۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۵
۱۴۰,۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۶
۱۳۸,۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۷

CV%: 0.813	SD: 1.13	Mean: 139.061
------------	----------	---------------

