

ISE Control : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۴/۱۱/۱۹

Sodium : عنوان آزمایش :
C102507 : سری ساخت :
Caretium : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۰,۸۵۲	۱,۱۹۲	۱۳۶,۴۰۱	۱۳۷,۵۹۳	۱۳۸,۷۸۵	۱۳۹,۹۷۷	۱۴۱,۱۶۹	۱۴۲,۳۶۱	۱۴۳,۵۵۳

مقدار	تاریخ
۱۴۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۷
۱۴۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۸
۱۴۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۹
۱۴۲	۱۴۰۵/۰۱/۳۰
۱۴۲	۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۴۰,۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۸
۱۴۰,۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۹
۱۴۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۰
۱۳۹,۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۲
۱۴۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۳
۱۴۱,۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۴
۱۳۸,۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۴۱,۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۵
۱۴۰,۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۶
۱۳۸,۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۰
۱۳۸,۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۱
۱۴۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۵
۱۴۱,۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۶
۱۴۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۷

CV%: 0.853	SD: 1.197	Mean: 140.342
------------	-----------	---------------

