

عنوان آزمایش : (Triiodothyronine (T3
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰
سری ساخت : ۶۲۳۱۱۹
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۵/۰۱
عنوان کنترل : universal LOW


%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۹۰۷	۸,۸۲۱	۱۲۲,۸۷	۱۳۱,۶۹۱	۱۴۰,۵۱۲	۱۴۹,۳۳۳	۱۵۸,۱۵۴	۱۶۶,۹۷۵	۱۷۵,۷۹۶

مقدار	تاریخ
۱۴۵,۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۲
۱۵۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۷
۱۴۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۸
۱۵۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۵۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۵
۱۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۶
۱۴۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۷
۱۴۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۰
۱۴۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۴۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۴
۱۵۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۷
۱۴۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۸
۱۵۵,۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۰
۱۵۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۱

CV%: 3.569	SD: 5.385	Mean: 150.886
------------	-----------	---------------



عنوان آزمایش : (Triiodothyronine (T3
عنوان دستگاه : کوباس E411
عنوان کنترل : Universal I
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
سری ساخت : ۵۵۶۴۰۳

%CV	SD	SD ^{۳-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۳۴۱	۸,۸۴۷	۱۳۹,۰۹۶	۱۴۷,۹۴۳	۱۵۶,۷۹	۱۶۵,۶۳۷	۱۷۴,۴۸۴	۱۸۳,۳۳۱	۱۹۲,۱۷۸

مقدار	تاریخ	مقدار	تاریخ
۱۶۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۱۷۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۹

CV%: 4.589	SD: 7.778	Mean: 169.5
------------	-----------	-------------

